

# SpeedCEM

## For permanent cementation of:

- metal and metal-ceramic (inlays, onlays, crowns, bridges and posts)
- high-strength all-ceramic made of lithium disilicate, zirconium oxide, aluminium oxide (crowns, bridges, posts)
- fiber-reinforced composites (posts)

## Für die permanente Befestigung von:


- Metall und Metallkeramik (Inlays, Onlays, Kronen, Brücken, Wurzelstifte)
- hochfeste Vollkeramik aus Lithiumdisilikat, Zirkoniumoxid, Aluminiumoxid (Kronen, Brücken, Wurzelstifte)
- faserverstärktem Composite (Wurzelstifte)

## Preparation Restoration Vorbehandlung Restauration


**Lithium-disilicate:** According to manufacturers' instructions e.g. Lithiumdisilikat: Nach Angaben des Herstellers, z.B.

IPS e.max: Etch for 20 sec  
with IPS Ceramic etching gel (hydrofluoric acid).  
Ätzen mit IPS Ceramic Ätzgel (Flusssäure).


Follow safety instructions!  
Sicherheitshinweise beachten!




**Monobond Plus**








**Metal, metal-ceramic, zirconium oxide, aluminium oxide, fiber-reinforced composites.**  
Metall, Metallkeramik, Zirkoniumoxid, Aluminiumoxid, faserverstärkte Composites.




Sandblast - according to manufacturers' instructions  
Sandstrahlen - nach Angaben des Herstellers







Apply on restoration  
Auftragen auf  
Restauration



1 sec




3.1




3.2


1 sec




3.3




3.4



Liquid Strip





5




20 sec

6



120 sec



Remove excess immediately!  
Überschüsse sofort entfernen!

CE 0123



Please read Instructions for Use  
Bitte lesen Sie die Gebrauchsinformation

627801/1009/BVD

ivoclar  
vivadent  
clinical